

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2021 - PR

CNPJ: 11.265.919/0001-23
RUA DOM PEDRO II, Nº 969
C.E.P.: 89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 18/2021
Data do Processo: 26/05/2021

Folha: 1/7

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE CAMARA DE ARMAZENAGEM DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLOGICOS, IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS, SANGUE, HEMOCOMPONENTES, E TERMOLABEIS, PARA O ESF 3 FRONTEIRAS E ESF UNIAO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE BOMBA A VACUO E AUTOCLAVE PARA OS ESFS IDAMAR, LACERDA, CENTRO, TRES FRONTEIRAS, UNIAO E CEO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TECNICA DO ITEM NO ANEXO I.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 3/2021 (Sequência: 3)

Ao(s) 23 de Junho de 2021, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 024/2020, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 18/2021, Licitação nº 18/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Aberto o envelope contendo a documentação/habilitação dos proponentes H M LINCK, ARLEI RIZZOTTO ME, e DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, constatou-se que os proponentes apresentaram a documentação conforme solicitava o Edital, sendo assim foram habilitados. O representante do proponente ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA solicitou mencionar em ata a intenção de interpor recurso referente ao proponente H M LINCK ter usado os benefícios da Lei 123, mencionando não ter sido informada dos proponentes que poderiam usar dos benefícios da presente lei. Pois bem, logo após o questionamento apontado pela representante da empresa Elber, o pregoeiro já se pronunciou, informando que foi mencionando em ata todos os proponentes que foram classificados para usufruir dos benefícios da lei 123, inclusive ainda sendo feito a leitura em sessão da presente ata, sendo ainda que o pregoeiro após o declínio do lance para o item 01 da empresa H M Link, o representante da empresa Elber teve a oportunidade de melhorar sua proposta, sendo que o mesmo até ligou para a empresa, mas não quis oferecer novo lance, momento este que o proponente da empresa H M Link usou dos seus direitos de ME/EPP e ofereceu novo lance e sagrou-se vencedor do certame para o item 01. O proponente ARLEI RIZZOTTO ME não apresentou na habilitação o exigido no item 08.1.3 - "Qualificação técnica a)- Apresentar autorização de funcionamento da empresa (AFE), emitido pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76.", e desta forma NÃO foi habilitado, passando os itens 02 e 03 para o segundo colocado, a empresa POSSATTO & POSSATTO LTDA, sendo aberto o envelope de habilitação, constatou-se que o proponente apresentou a documentação conforme solicitava o Edital, sendo assim foi habilitado. Desta forma a comissão suspende a sessão e abre o prazo de 3 (três) dias uteis para a mesma apresentar o recurso, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. Os recursos, contra razões e decisões serão publicados no site da prefeitura.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2021 - PR

CNPJ: 11.265.919/0001-23
RUA DOM PEDRO II, N° 969
C.E.P.: 89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 18/2021
Data do Processo: 26/05/2021

Folha: 2/7

Participante: 8249 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 2 | BOMBA A VÁCUO PARA 2 CONSULTÓRIOS | UN | 5,00 | SAEVO - SV2 | 0,0000 | 3.850,00 | 19.250,00 |

TECNOLOGIA

"Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente no esgoto

"Pré lavagem automática no filtro coletor

"Temporizador de varredura

"Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna

"Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente

CARACTERISTICAS

"Turbina completa em liga de bronze

"Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando o pratico, eficiente e de fácil limpeza

"Filtro de entrada de água

"Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa

"Motor com eixo central em inox

"Gabinete (opcional) em aço fosfatizado com pintura poliuretano

"Kit suctores

"Acessórios com registros suctores que podem ser acoplados na coluna do refletor ou armário

"CAPACIDADE de no mínimo 02 consultórios simultaneamente

DIMENSÕES SEM GABINETE COM NO MINIMO

Largura: 28cm Altura 31 cm Comprimento 26 cm

DIMENSÕES COM GABINETE COM NO MINIMO

Largura: 33cm Altura 36 cm Comprimento 29,5 cm

PESO

Liquido sem gabinete com no mínimo 15,70 kg

Liquido com gabinete com no mínimo 19,50 kg

PESO BRUTO COM O MINIMO 20,70 KG

ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M) COM O MINIMO 3450-60 HZ

ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127V / 220V

FREQUENCIA NO MINIMO 60 HZ

CORRENTE COM O MINIMO 14,7 A (220V) 9,5ª (110V)

A BOMBA A VACUO DEVE SER ENTREGUE INSTALADA

01 ANO DE GARANTIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2021 - PR

CNPJ: 11.265.919/0001-23
RUA DOM PEDRO II, Nº 969
C.E.P.: 89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 18/2021
Data do Processo: 26/05/2021

Folha: 3/7

Participante: 8249 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 3 | BOMBA A VÁCUO PARA no mínimo 4 CONSULTÓRIOS | UN | 1,00 | SAEVO - SV4 | 0,0000 | 4.398,00 | 4.398,00 |

TECNOLOGIA

"Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente no esgoto

"Pré lavagem automática no filtro coletor

"Temporizador de varredura

"Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna

"Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente

CARACTERÍSTICAS

"Turbina completa em liga de bronze

"Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando o pratico, eficiente e de fácil limpeza

"Filtro de entrada de água

"Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa

"Motor com eixo central em inox

"Gabinete (opcional) em aço fosfatizado com pintura poliuretano

"Kit suctores

"Acessórios com registros suctores que podem ser acoplados na coluna do refletor ou armário

"CAPACIDADE de no mínimo 04 consultórios simultaneamente

DIMENSÕES COM NO MINIMO

Largura: 30cm Altura 34,5 cm Comprimento 27 cm

PESO

Líquido com no mínimo 19,10 kg

PESO BRUTO COM O MINIMO 20,00 KG

ROTAÇÕES DO MOTOR (R.P.M) COM O MINIMO 3450-60 HZ

ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127V / 220V

FREQUENCIA NO MINIMO 60 HZ

CORRENTE COM O MINIMO 10 A (220V) 24A (110V)

A BOMBA A VACUO DEVE SER ENTREGUE INSTALADA

01 ANO DE GARANTIA

Total do Participante ----->

23.648,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA

CNPJ: 11.265.919/0001-23
RUA DOM PEDRO II, N° 969
C.E.P.: 89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2021 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 18/2021
Data do Processo: 26/05/2021

Folha: 4/7

Participante: 8250 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|----------|----------------|-------------|
| 4 | AUTOCLAVE 21 LITROS CICLO AUTOMATICO | UN | 3,00 | CRISTOFOLI VITALE CL | 0,0000 | 5.140,00 | 15.420,00 |

Autoclave é desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão.

Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485.

Digital, fácil manuseio.

Design moderno.

Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.

Programa único de esterilização.

Temperatura e pressão exibidos por LEDs.

Desaeração e despressurização automática.

Capacidade 21 litros.

Teclado de controle na cor azul.

Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza.

3 bandejas em alumínio anodizado.

Secagem eficiente com porta entreaberta.

Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave

e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de

dados e sistema eletrônico de controle de potência.

Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.

2 anos de garantia.

Para sua segurança e rastreabilidade do equipamento, a autoclave é bloqueada eletronicamente, portanto, para utilizar a autoclave você deverá realizar o desbloqueio.

Total do Participante ----->

15.420,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2021 - PR

CNPJ: 11.265.919/0001-23
RUA DOM PEDRO II, N° 969
C.E.P.: 89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 18/2021
Data do Processo: 26/05/2021

Folha: 5/7

Participante: 8579 - H M LINCK

| Item | Especificação | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---------------|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
|------|---------------|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|---|----|------|----------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Camera para conservação de imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis com o mínimo de 280LT. O equipamento deve ser entregue ao município, fornecer treinamento ao profissionais. E 01 ano de garantia. | UN | 2,00 | BIOTECNO | 0,0000 | 15.600,00 | 31.200,00 |
|---|---|----|------|----------|--------|-----------|-----------|

Câmara fria positiva (2°C a 8°C) para vacinas, medicamentos e outros materiais termolábeis que necessitam de temperatura controlada para manter a sua qualidade. Geladeira para vacinas vertical 280 litros 110/220V com controle uniforme da temperatura por ar forçado, registro de dados de todo o período de conservação e sistema de alarmes sonoros, visuais e por escrito. Com certificação do sistema de qualidade ISO 13485 e ISO 9001. Acompanha pen drive e manual técnico e possui assistência técnica credenciada em todo território nacional.

CARACTERISTICAS:

CONTROLE DE TEMPERATURA

Temperatura pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite a seleção de outras temperaturas de trabalho) com ajuste set point. Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, indicando exatamente a temperatura do produto armazenado e não do ar do gabinete. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados.

HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA

Sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores internos com hélice axial ou radial (de 4 a 20") por sistema difusor direcionado (impelente ou repelente), duto embutido e grelha vertical ou horizontal para cada gaveta/prateleira/rack com controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta. Mantendo a homogeneização da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações.

PAINEL E ILUMINAÇÃO

Painel externo de fácil acesso e visualização. Display LCD com teclas soft-touch e fundo iluminado, saída USB para entrada de pen drive e comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável com ajustes dos parâmetros através de senha e módulo protetor de bateria. Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta.

MEMÓRIA COM REGISTROS CRIPTOGRAFADOS

Memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da câmara diretamente no painel. Mantém histórico com data e hora com intervalos programáveis de 1 a 60 minutos (acionado por tecla). A memorização dos dados ocorre mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado. Os relatórios com os gráficos de todos os eventos podem ser baixados por pen drive através da saída USB no painel de controle frontal, em PDF e/ou TXT criptografados (invioláveis), independente de computador ou software.

ALARMES SONOROS, VISUAIS E ESCRITOS NO PAINEL

Acionamento de alarme sonoro, visual e escrito no painel quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa dotado de bateria recarregável. É possível interromper os alarmes sonoros e visuais com apenas um toque através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré-determinado).

BAIXO CONSUMO E ULTRA SILENCIOSO

Unidade compressora agregada sob o gabinete com

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2021 - PR

CNPJ: 11.265.919/0001-23
RUA DOM PEDRO II, Nº 969
C.E.P.: 89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 18/2021
Data do Processo: 26/05/2021

Folha: 6/7

refrigeração através de compressor hermético AC ou DC ou AC/DC de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna após carregar o refrigerador. Possui durabilidade para trabalhos contínuos e unidade selada com baixo consumo e ultra silenciosa, isenta de vibrações e ecologicamente correta (livre de CFC e com gás R134a).

DEGELO AUTOMÁTICO

Degelo automático seco com evaporação do condensado sem interrupção ou perda da temperatura e sem trabalho adicional.

PUXADOR ANATÔMICO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO

De fácil uso, a porta da conservadora de vidro duplo ou triplo possui vedação através de perfil magnético, sistema no fog, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência e fechamento automático com trava de carga.

LIMPEZA E DURABILIDADE

A câmara interna em chapa de aço inoxidável liso ou com brilho (AISI 304 ou AISI 316) além de garantir limpeza, assepsia e durabilidade, evita a corrosão e facilita a manutenção. O gabinete externo pode ser fabricado em aço inox AISI 304, 316 ou 430, fosco, com brilho ou escovado, aço carbono, aço tratado quimicamente e esmaltado a alta temperatura, aço galvanizado e plástico (ABS, polipropileno, PSAI ou PET) com pintura eletrostática, porcelanizada, epóxi ou esmaltada com fino acabamento conforme modelo, sempre garantindo a durabilidade e limpeza.

TipoVertical

Capacidade Total (L)280

Faixa de Temperatura+2 a +8°C

Dimensões Externas (cm)A: 183,2 L: 64 P: 70,7

CorBranco e Cinza

Gabinete ExternoAço Inoxidável

Gabinete InternoAço Inoxidável

PortaVidro com sistema anti-embaçamento (sistema no fog)

Prateleiras ou Gavetas4 a 8

BaseRodízios Giratórios com Trava

Peso (Kg)160

Tensão110/127 e/ou 220/240VAC e/ou 12/24VCC

Frequência50 e/ou 60Hz

Consumo 110-127VAC4,3A/h

Consumo 220-240VAC2,15A/h

Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm)75

Unidade CompressoraCompressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado

Gás RefrigeranteR134a ecológico

Chave Geral de AlimentaçãoDisjuntor liga/desliga com fusíveis de segurança

Registro na ANVISA80698750002

Garantia12 meses.

O equipamento deve possuir sistema de alarme remoto à distância, que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para no mínimo seis telefones ou celulares prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. E que em caso de falta de energia elétrica, que integrado ao equipamento possua uma bateria recarregável automática, com autonomia de no mínimo 24 horas, mantendo todas as funções da conservadora funcionando normalmente. Conforme solicita a RDC 197/2017 da ANVISA.

Total do Participante -----> 31.200,00

Total Geral -----> 70.268,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2021 - PR

**CNPJ: 11.265.919/0001-23
RUA DOM PEDRO II, Nº 969
C.E.P.: 89950-000 - Dionísio Cerqueira - SC**

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 18/2021
Data do Processo: 26/05/2021

Folha: 7/7

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Dionísio Cerqueira, 23 de Junho de 2021

COMISSÃO:

JEAN ROBSON WUST - - Pregoeiro(a)
CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA - - EQUIPE DE APOIO
IVONETE FATIMA LANZA - - EQUIPE DE APOIO
SIMONE ROSTIROLLA - - EQUIPE DE APOIO
RENAN CHRISTANI - - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ROGERIO POSSATTO - - Representante
LUIZ CARLOS GUIMARAES - - Representante
ARLEI RIZZOTTO - - Representante
MIRELLA DANNA - - Representante
FRANCO LUIZ LAGEMANN - - Representante
- - Representante